

高周波ラジオ波メス装置

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

1 調達物品及び調達数量

高周波ラジオ波メス装置 一式

(内訳)

1	本体	1 台
2	基本ケーブルセット	一式
2-1	ダブルフットスイッチペダル	1 個
2-2	I E C 対極板	1 個
2-3	3 ツボタンフィンガースイッチハンドル	1 本
2-4	I E C バイポーラコード	1 本
3	ディスプレイ標準電極セット	1 式
4	眼瞼用スタン式モノポーラフォーセップ	4 本
5	I E C 用クイックコネクタ	4 個
6	バイポーラフォーセップ	3 本
7	I E C バイポーラコード	3 本
8	サージカート (専用台)	1 台

2 その他必要条件

- 1 障害支援体制
- 2 設置条件
- 3 その他

3 入札機種の医療用具に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の承認を得た物品であること。

1 調達物品の構成内容と必要な仕様

1-1 本体

1-1-1 IEC規格 (INTERNATIONAL ELECTRIC CERTIFICATE 国際規格) に準じていること。

1-1-2 ノイズフィルターが内蔵されていること。

1-1-3 モノポーラ、バイポーラの2つの使用方法の機能があること。

1-1-4 モノポーラ4MHz、バイポーラ1.7MHzの周波数をもつこと。

1-1-5 モノポーラ機能には、切開／混合切開／止血モードがあること。

1-1-6 対局板監視機能がついていること。

1-2 基本ケーブルセット

1-2-1 ダブルフットスイッチペダル

切開モードと凝固モードの出力の切り替えが行えること。

1-2-2 IEC対極板

サイズ128mm×90mmの長方形で、コードの長さが2.95mであること。

1-2-3 3ツボタンフィンガースイッチハンドル

全長150mmでハンドピース経12mmであり、純切開、混合切開、凝固の3つのボタンが付いていること。

1-2-4 IECバイポーラコード

コードの長さが2.95mであること。

1-3 ディスポーザブル標準電極セット

針電極、バリ・チップ電極、焼灼用電極、ラウンド型ループ電極小、ラウンド型ループ電極大、ダイヤモンド型ループ電極、ボール電極、ブレード電極の8種類・各5本のセットであること。

1-4 眼瞼用スタン式モノポーラフォーセップは、全長135mmで先端幅0.5mm、電極部分9.3mmであること。

1-5 IEC用クイックコネクタは、ケーブルの長さが3.05m±10%であること。

1-6 バイポーラフォーセップは、全長121mmで先端幅が0.4mmで電極部分が10mmであること。

- 1-7 IECバイポーラコードは、コードの長さが2.95mであること。
- 1-8 サージカート（専用台）は、W45cm×D44cm×H117cmであること。

2 その他必要条件

2-1 障害支援体制

- 2-1-1 本機種に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。
- 2-1-2 障害時対応として、修理部品が用意されていること。
- 2-1-3 サービスエンジニア体制が整っていること。

2-2 設置条件

- 2-2-1 設置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。
- 2-2-2 納入期限は、平成27年12月28日（月）とする。
- 2-2-3 納入場所は、附属病院中央棟3階形成外科外来とする。
- 2-2-4 指定納入場所への設置に関する据付、配線、調整及び作業は契約金額内で施工すること。

2-3 その他

- 2-3-1 日本語の取扱説明書を提供すること。
- 2-3-2 品質保証期間は、納入後から平成29年3月31日（金）までとする。
- 2-3-3 適合参考物品 メーカー：株式会社エルマン

品名	品番
サージトロンDUAL EMC	IEC3A-S30-90
基本ケーブルセット	IEC-XAB
ダブルフットスイッチペダル	DF-FSC
IEC対極板	IEC-NPC
3ツボタンフィンガースイッチハンドル	IEC-3FHPB
IECバイポーラコード	IEC-JXB
ディスプレイザブル標準電極セット	DSEP40
眼検用スタン式モノポーラフォーセップ	IEC-MJ21
IEC用クイックコネクター	IEC-SP020
バイポーラフォーセップ	J1
IECバイポーラコード	IEC-JXB
サージカート（専用台）	H157

- 2-3-4 同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成 27 年 8 月 12 日(水)までに事務局経理課あて同等品であることを証明する書類(カタログ等を含む)を提出し、平成 27 年 8 月 18 日(火)までにその承認を得ること。

この場合において、適合参考物品以外の物品については、規格等の各項目についてその性能・機能等を十分明らかにしなければならない。

2-3-5 仕様書に関する質問がある場合は、平成 27 年 8 月 12 日(水)までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局経理課
〒641-8510
和歌山市紀三井寺 8 1 1-1
TEL 073-441-0721(直) / FAX 073-441-0706